

ODPOWIEDZI Nr 1 NA PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warszawa, dnia 09.01.2019 r.

Procedura wewnętrzna C05/009A

Nr referencyjny: ZP/1/ZO/2019

Zamawiający:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa

ul. Dorodna 16

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat

Nr faksu: (+48) 22 811 19 17 – Sekretariat

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl

WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w dniu 08.01.2019 r. wpłynęły zapytania do postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Zakup 2 szt. analizatorów spalin”.

Zamawiający mając na uwadze oczekiwania Wykonawców udziela poniżej wyjaśnień na zadane pytania.

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1:

Czy proponowany analizator ma umożliwiać pomiar stały i ciągły wyszczególnionych parametrów, czy może pomiar będzie miał charakter okresowy np. 30 minut, 1h itp.

Jak długi okres pomiaru byłby wymagany?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Na ogół pomiary trwają około 4 - 6 godzin, jednak okresowo mogą być dłuższe do 8 - 12 godzin, dlatego za pomiar ciągły należy uznać czas powyżej 8 godzin.

Pytanie 2:

Proszę o informację, czy w ramach przetargu pomiar H₂S jest pomiarem obligatoryjnym czy „zalecanym”. Ma to szczególne znaczenie dla ujednoczenia oferty uwzględniając, że jedynym kryterium jest 100% cena.

Odpowiedź na Pytanie 2:

W odpowiedzi informujemy, że pomiar H₂S jest pomiarem **zalecanym**.

Pytanie 3:

Proszę o doprecyzowanie, ponieważ nie wynika to wprost z przedstawionej przez Państwa specyfikacji, czy przedmiotem zamówienia jest analizator:

- stacjonarny (na stałe montowany w miejscu pomiaru, np. na ścianie, zasilany wyłącznie z sieci) czy

- przenośny w walizce / torbie transportowej, który umożliwi pracę zarówno z sieci jak i na bateriach.

Odpowiedź na Pytanie 3:

W zamówieniu chodzi o analizator przenośny.

Pytanie 4:

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących danych technicznych ww. Zapytania ofertowego, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.01.2019 r. Odpowiedzi, które Państwo udzielą, musimy z pewnością skonfrontować z producentem, a to wydłuży okres przygotowania przez nas oferty, podobnie jak dla innych pozostałych, zainteresowanych dostawą podmiotów. Jednocześnie informuję, że termin wykonania dostawy wymaganych dla Państwa urządzeń wynosi w naszym przypadku ok. 6-7 tygodni.

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.01.2019 r. do godziny 12:00.

W związku z powyższym w Rozdziale VIII Zapytania ofertowego „**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**” zmienia się treść pkt 2 z:

Termin składania ofert upływa dnia 15.01.2019 r. o godz. 12:00.

na

Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2019 r. o godz. 12:00.

Powyższe zmiany zaznaczono na kolorowo w dokumentach pt. „**Zapytanie ofertowe – Modyfikacja nr 1**”, „**Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego „Specyfikacja techniczne – Modyfikacja nr 1**” „**Załącznik Nr 2a do Zapytania ofertowego „Formularz ofertowy” - Załącznik Nr 1 do oferty – Modyfikacja nr 1**”, które Zamawiający udostępni na stronie internetowej: <http://www.ichtj.waw.pl/>, dział „Zamówienia Publiczne”, zakładka „**Zapytanie ofertowe - Zakup 2 szt. analizatorów spalin**”.

P.O. Kierownik
Laboratorium Techniki Oczyszczenia Środowiska
Dr hab. Yongxia Sun, prof.nadzw. IChTJ