



INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Centrala (22) 504-10-00, 811-30-21
Fax (22) 811-15-32, 811-19-17
E-mail: sekdyrn@ichtj.waw.pl
Internet: <http://www.ichtj.waw.pl>

Dyrektor Instytutu (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Naukowych (22) 504-12-05; 811-06-56
Z-ca dyr. ds. Technicznych i Marketingu (22) 504-12-20
Z-ca dyr. ds. Ekonomicznych (22) 504-10-20
Główny Księgowy (22) 504-12-99

Konto: BANK Pekao S.A.
Nr 45 1240 3480 1111 0000 4278 2935

Główne kierunki działalności

radiochemia

chemia radiacyjna

chemia izotopów

chemia analityczna

radiobiologia

technologie radiacyjne

- sterylizacja sprzętu medycznego
- higienizacja ziół i przypraw

techniki jądrowe w inżynierii materiałowej i procesowej

przemysłowa elektronika jądrowa

nowe materiały i technologie ich otrzymywania

Znak sprawy: DZP_JH.260.6.2021

Warszawa, dn. 14.09.2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Nr referencyjny: ZP/2/2021 na zakup 1 (jednego) kompletu automatycznego wielokanałowego aparatu umożliwiającego obrazowanie w jasnym polu i fluorescencyjnym do analizy komórek i struktur 3D.

WYKONAWCY

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dotyczy Zał. Nr 1 do SWZ „Specyfikacja techniczna”, Część II, i Załącznika Nr 2a do SWZ „Formularz ofertowy” Załącznik Nr 1 do oferty.

Czy Zamawiający dopuści instrument spełniający wymagania SIWZ a nawet w wielu miejscach je przewyższający bo z dużo szerszym zakresem wzbudzenia fluorescencji wynoszącym 380 – 650 nm (pokrywa 4 kanały fluorescencji), co pozwala na użycie znacznie większej gamy barwników i nie ma potrzeby rozbudowy o kolejny kanał umożliwiający pomiar w dalekiej podczerwieni (628 nm), z kamerą o lepszej rozdzielczości wynoszącej 2048x2048, bez możliwości stosowania butelek hodowlanych T25 i T75, ale z możliwością stosowania uniwersalnych, popularnych, szeroko dostępnych butelek hodowlanych pojemności 70 ml?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza instrumentu, który nie ma możliwości stosowania standardowych butelek hodowlanych T25 i T75. Zamawiający stosuje w prowadzonych badaniach sprawdzone butelki T25 oraz T75 i do nich ma opracowane już odpowiednie protokoły badań. Zmiana butelek na inne może spowodować konieczność zmiany tych protokołów, a tym samym wpłynąć na uzyskiwane wyniki i brak możliwości ich porównania z wcześniej uzyskiwanymi. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają nie zmienione.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu

mgr inż. Roman Janusz

14.09.2021 r.