

ODPOWIEDZI Nr 1 NA PYTANIA

Warszawa, dnia 13.10.2011 r.
Postępowanie Nr ZP/43/2011

WYKONAWCY

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

na dostawę badawczego mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego (1 kpl.) oraz automatycznego licznika komórek Contess (1 kpl.)

W dniu 10.10.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

Pytania

Do przetargu na dostawę badawczego mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego (1 kpl.) oraz automatycznego licznika komórek Contess (1 kpl.), nr sprawy ZP/43/2011

Dotyczy pakietu nr 2

Postępując zgodnie zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dotyczy umowy par 5 ust 11.” Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przy uwzględnieniu czasu reakcji i terminu naprawy na podstawie odrębnej umowy”.

Czy biorąc pod uwagę fakt , iż oferowany przedmiot zamówienia jest urządzeniem prostym, nie wymagającym przeglądów i serwisu, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, dla którego Wykonawca nie prowadzi serwisu pogwarancyjnego? Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż koszt naprawy urządzenia i części zamiennych byłyby na tyle nieadekwatny do ceny przedmiotu zamówienia, iż Wykonawca zrezygnował ze świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla tego typu urządzeń. W czasie serwisu gwarancyjnego, w razie wystąpienia usterki w przedmiocie zamówienia, Wykonawca również nie dokonuje naprawy urządzenia, a jedynie wymienia je na wolny od wad.

2. Dot. Umowy par 5, ust 8. Zamawiający zapisał: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia”

Uprzejmie informujemy, iż producent udzielając na przedmiot zamówienia gwarancji dokonuje wszelkich koniecznych napraw lub wymiany wadliwych elementów jednak termin gwarancji nie biegnie na nowo od chwili wymiany/naprawy elementów urządzenia.

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu zainstalowania/ sprawdzenia przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.

Prosimy o usunięcie tego zapisu z projektu umowy dla urządzenia z pakietu 2.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie próśb.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający w Zał. Nr 5 „Wzór umowy“ w par. 5 ust. 11 wykreśla zapis dla Zadania 2.

Dla Zadania 1 ww. zapis pozostaje bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 2:

Postanowienie zawarte w projekcie umowy par. 5 ust. 8 jest zgodne z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego, który ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

W tej sytuacji nie ma możliwości wykreślenia tego przepisu.

Przewodniczący Komisji przetargowej

