

Załącznik Nr 2a do Zapytania ofertowego „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 1 do oferty

Procedura wewnętrzna C05/009A

Nr sprawy: ZP/4/2018

Oferowany przedmiot zamówienia

Lp.	Opis <i>Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta^{*)}</i>	Il. szt.	Cena jedn. netto [zł]	Kwota netto [zł]	VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
I.	Jonowe pompy próżniowe wraz z oprzyrządowaniem i adaptacją flanszy 100 mm (standard rosyjski) na flansze CFF 6 w ukompletowaniu: ^{*)}	2					
1.							
2.							
3.							
3.							
II.	Inne koszty^{**)}						
	Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego)						

UWAGA

^{*)}Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie wypełnienie tabeli skutować będzie odrzuceniem oferty.

^{**)}Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia**I. Opis przedmiotu zamówienia**

Wymagania Zamawiającego	Wypełnia Wykonawca
Przedmiot zamówienia jest niezbędny do utrzymania ciągłości pracy specjalnego urządzenia badawczego w systemie pomiarowym radiolizy impulsowej Linowego Akceleratora Elektronów (LAE 10). Jonowe pompy próżniowe to specjalistyczne urządzenia pozwalające na pracę w ultrawysokiej "czystej" próżni (tzn. niezanieczyszczonej śladami oleju) i szybkości pompowania do kilkuset l/s. Oprzyrządowanie (kontroler, kabel, adapter) ma na celu kontrolę	Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy:

pracy i jej bezpieczeństwo w trakcie stosowania jonowych pomp próżniowych w systemie pomiarowym radiolizy impulsowej Linowego LAE 10.	(<i>należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie</i>)
---	---

II. Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne::

L.p.	Treść	Parametry	
		wymagane	oferowane Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok
1	W zakresie przedmiotu zamówienia jonowych pomp próżniowych wraz z oprzyrządowaniem i adaptacją flanszy 100 mm (standard rosyjski) na flansze CFF 6"	1) Mają być 2 jonowe pomp próżniowe wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. 2) Każdy jonowa pompa próżniowa ma posiadać następujące parametry: a) Prędkość pompowania: 125 l/s b) Szacowany czas pracy: 80 000 h (przy ciśnieniu 1×10^{-6} mbar) c) Maksymalne ciśnienie startujące: $< 5 \times 10^{-2}$ mbar d) Ciśnienie minimalne: $< 10^{-11}$ mbar e) Flansza mocowania: 6" CFF f) Maksymalna temperatura wygrzewania: 350°C 3) Kontroler do jonowych pomp próżniowych musi spełniać następujące minimalne wymagania: a) Zasilanie: 100-240VAC, 50/60 Hz b) Napięcie wyjściowe: 3,5 i 7 kV c) Wersja kompatybilna z 2 jonowymi pompami próżniowymi 4) Wygrzewalny kabel do każdej z pomp ma umożliwiać: a) Połączenie głowicy z kontrolerem b) Ma mieć długość 4 m c) Ma posiadać zabezpieczenia d) Ma posiadać ochronę radiacyjną 5) Mają być 2 adaptory zapewniające	

		przejście z flanszy 100 mm (standard rosyjski) na flanszę CFF 6"	
2	Wymagania dodatkowe	1) Koszt dostawy pokrywa Wykonawca. 2) Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.04.2018 r. 3) Wymaga się, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany) wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r. i w oryginalnych opakowaniach. 4) Wykonawca dostarczy: kompletną szczegółową dokumentację techniczną, instrukcje obsługi aparatury wraz z postępowaniem w przypadkach awarii aparatury, w języku polskim.	

III. Inne wymagania:

Wymagania Zamawiającego	Wypełnia Wykonawca
1. Wymagania gwarancyjne Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, tj. 2 jonowych pomp próżniowych wraz z oprzyrządowaniem. Udzielenie gwarancji w dłuższym okresie czasu będzie podlegać ocenie. 2. Wymagania serwisowe Wykonawca zapewni na terenie Polski na podstawie oddzielnej umowy serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. Bezpłatny przegląd w połowie okresu gwarancyjnego i na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Naprawa/usunięcie usterek w określonym terminie: a) czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni (48 godzin); b) czas naprawy w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania protokołu reklamacji na terenie RP, a w przypadku konieczności naprawy wadliwych części u ich producenta lub w przypadku konieczności zamówienia części u kooperatorów za granicą, termin usprawnienia nie może przekraczać 60 dni. 3. Wymagania naprawcze	

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia i jego wyposażenia, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury, jeżeli zajdzie taka konieczność, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty przesyłki i naprawy w fabryce producenta.

4. Wymagania transportowe

Urządzenie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami, zapakowane w odpowiednie skrzynie. Transport musi się odbywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu urządzeń o dużych gabarytach. Przewóz do siedziby Zamawiającego musi być ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkód w powstałych w czasie transportu. Dostawa i odbiór do napraw transportem sprzedającego.

5. Pozostałe wymagania

Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim.

.....dnia.....2018 r.

.....
Czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy