

ODPOWIEDZI Nr 2 NA PYTANIA i MODYFIKACJA Nr 2 TREŚCI SIWZ

Warszawa, dnia 20.11.2017 r.

Postępowanie Nr ZP/16/2017

Zamawiający:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa

ul. Dorodna 16

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat

Nr faksu: (+48) 22 811 19 17 – Sekretariat

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl, j.herc@ichtj.waw.pl

WYKONAWCY

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Na dostawę **1 (jednego) kompletu laboratoryjnego reaktora ciśnieniowego w ramach realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego: "Nanostrukturalne materiały porowate o ukierunkowanych właściwościach"** – (Postępowanie Nr ZP/16/2017).

Niniejszym Zamawiający informuje, że w dniu **15.11.2017 r. wpłynęły zapytania** do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) postępowania **Nr ZP/16/2017. Pierwotny termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12:00.** Zatem przedmiotowe zapytania wpłynęły później niż do końca dnia, w którym upływała połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Połowa terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 3 i ust. 1b ustawy Pzp, upłynęła w dniu **14.11.2017 r.** Tym samym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie.

Zamawiający mając na uwadze oczekiwania Wykonawców udziela poniżej wyjaśnień na zadane pytanie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została umieszczona poniżej i zostanie przekazana Wykonawcom zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1 (dot. Rozdziału V SIWZ „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY, Rozdziału VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ust. 3 pkt 2, Załącznika Nr 6 do SIWZ „Wzór wykazu dostaw”):

Czy Zamawiający na potwierdzenie wykazu dostaw dopuści dostarczenie dwóch dostaw zawierających aparaturę analityczną o wartości min. 200 000 zł brutto?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający nie rezygnuje z **wymogu dostarczenia wykazu** dostaw zawierających laboratoryjne reaktory ciśnieniowe, ale zmniejsza swoje wymagania do wykazania co najmniej 1 dostawy o wart. min. 50.000,00 zł brutto. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

Pytanie 2 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – **Załącznik Nr 1 do oferty**):

Czy Zamawiający dopuści reaktor wyposażony w naczynie o pojemności 350 mL dostosowane do pracy z wkładami PTFE o objętości ok. 300 mL?

Odpowiedź na Pytanie 2:

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor wyposażony w naczynie o pojemności 350 mL dostosowane do pracy z wkładami PTFE o objętości ok. 300 mL. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

Pytanie 3 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – **Załącznik Nr 1 do oferty**):

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wkładów PTFE wraz z reaktorem?

Odpowiedź na Pytanie 3:

TAK. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu wkładów PTFE wraz z reaktorem. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

Pytanie 4 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – **Załącznik Nr 1 do oferty**):

Czy Zamawiający dopuści reaktor z przykręcanymi a nie przyspawanymi przyłączami. Takie rozwiązanie umożliwia wymianę przyłączy reaktora w przyszłości, co jest korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie 4:

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor z przykręcanymi a nie przyspawanymi przyłączami. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

Pytanie 5 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – **Załącznik Nr 1 do oferty**):

Czy Zamawiający dopuści reaktor oparty o grzanie przy użyciu płyty grzejnej z temp. maksymalną 300°C oraz umożliwiającej nagrzanie zawartości reaktora do temp. ok 240°C?

Odpowiedź na Pytanie 5:

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor oparty o grzanie przy użyciu płyty grzejnej z temp. maksymalną 300°C oraz umożliwiającej nagrzanie zawartości reaktora do temp. ok 240°C. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

Pytanie 6 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – **Załącznik Nr 1 do oferty**):

Czy Zamawiający dopuści reaktor z mieszadłem łopatkowym. Pragniemy zauważyć, iż taki sposób mieszania jest bardziej efektywny w porównaniu z mieszaniem magnetycznym.

Odpowiedź na Pytanie 6:

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor z mieszadłem łopatkowym. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

Pytanie 7 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – **Załącznik Nr 1 do oferty**):

Czy Zamawiający dopuści reaktor wyposażony w płytę grzejną z pasywnym płaszczem oraz w pokrywę zawierającą podłączenia cewki chłodzącej oraz czujnika temperatury?

Odpowiedź na Pytanie 7:

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor wyposażony w płytę grzejną z pasywnym płaszczem oraz w pokrywę zawierającą podłączenia cewki chłodzącej oraz czujnika temperatury. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

Pytanie 8 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – **Załącznik Nr 1 do oferty**):

Czy w miejsce elementów wykonanych z superstopu niklowego Zamawiający dopuści elementy wykonane ze stopu Hastelloy?

Odpowiedź na Pytanie 8:

TAK. Zamawiający dopuszcza elementy wykonane ze stopu Hastelloy w miejsce elementów wykonanych z superstopu niklowego. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

Pytanie 9 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 do oferty):

Zgodnie z Dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU (Artykuł 4, pkt. 1) reaktory o pojemności mniejszej niż 1000 mL i ciśnieniu PS poniżej 200 bar nie podlegają oznakowaniu CE, w związku z tym prosimy o ograniczenie wymogu dostarczenia deklaracji CE do kontrolera.

Odpowiedź na Pytanie 9:

TAK. Zamawiający ogranicza wymóg dostarczenia deklaracji CE tylko do kontrolera. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ.

B. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść **SIWZ**:

1. w Rozdziale III SIWZ zmienia się treść ust. 8 z:

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Numer CPV: 33192000-2 (Autoklawy).

na

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Numer CPV: 38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)).

2. w Rozdziale IV SIWZ zmienia się treść z:

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: 15.12.2017 r.

na

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do: 22.12.2017 r.

3. w Rozdziale V SIWZ zmienia się treść pkt 2 w ust. 3 tabeli Lp. 3 z:

*i poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na dzień złożenia: wykazu dostaw detektorów germanowych (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie **co najmniej dwie dostawy zawierające laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 200.000,00 zł brutto**, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

na

*i poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na dzień złożenia: wykazu dostaw detektorów germanowych (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie **co najmniej jednej dostawy zawierającej laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 50.000,00 zł brutto**, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

4. w Rozdziale VI SIWZ zmienia się treść pkt 2 w ust. 3 z:

*poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na dzień złożenia: wykazu dostaw detektorów germanowych (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie **co najmniej dwie dostawy zawierające laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 200.000,00 zł brutto**, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. wykaz usług z ust. 3 pkt. 3 może złożyć i wykazać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy.

na

*poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na dzień złożenia: wykazu dostaw detektorów germanowych (wg Wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie **co najmniej jednej dostawy zawierającej laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 50.000,00 zł brutto**, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są*

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. wykaz usług z ust. 3 pkt. 3 może złożyć i wykazać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy.

5. w Rozdziale XII SIWZ zmienia się treść ust. 9 z:

1. Zamawiający wymaga, aby koperta (opakowanie zewnętrzne) posiadało:

1) nazwę Wykonawcy i dane adresowe Wykonawcy;

2) nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16;

3) numer sprawy: **Postępowanie Nr ZP/16/2017;**

4) tryb przetargu: **przetarg nieograniczony;**

5) nazwę zamówienia:

OFERTA na:

„Dostawa 1 (jednego) kompletu laboratoryjnego reaktora ciśnieniowego w ramach realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego: "Nanostrukturalne materiały porowate o ukierunkowanych właściwościach";

6) oraz adnotację: **nie otwierać przed dniem 21.11.2017 r., godz. 12:30.**

na

1. Zamawiający wymaga, aby koperta (opakowanie zewnętrzne) posiadało:

1) nazwę Wykonawcy i dane adresowe Wykonawcy;

2) nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16;

3) numer sprawy: **Postępowanie Nr ZP/16/2017;**

4) tryb przetargu: **przetarg nieograniczony;**

5) nazwę zamówienia:

OFERTA na:

„Dostawa 1 (jednego) kompletu laboratoryjnego reaktora ciśnieniowego w ramach realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego: "Nanostrukturalne materiały porowate o ukierunkowanych właściwościach";

6) oraz adnotację: **nie otwierać przed dniem 22.11.2017 r., godz. 12:30.**

6. w Rozdziale XIII SIWZ zmienia się treść ust. 2 z:

Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2017 r. o godz. 12:00.

na

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2017 r. o godz. 12:00.

7. w Załączniku Nr 6 do SIWZ „Wzór wykazu dostaw” zmienia się treść z:

WYKAZ

dostaw laboratoryjnych reaktorów ciśnieniowych w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej dwie dostawy zawierające laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 200.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. wykaz dostaw może złożyć i wykazać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy.

na

WYKAZ

dostaw laboratoryjnych reaktorów ciśnieniowych w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej jednej dostawy zawierające laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 50.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. wykaz dostaw może złożyć i wykazać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy.

Powyższe zmiany zaznaczono na kolorowo w dokumentach pt. „Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia – Modyfikacja nr 1 i 2”, „Załącznik Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” – Modyfikacja nr 2”, „Załącznik Nr 2a do SIWZ „Formularz ofertowy” – Załącznik Nr 1 do oferty - Modyfikacja nr 2”, Załącznik Nr 6 do SIWZ „Wzór wykazu dostaw” - Modyfikacja nr 2”, które Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:

<http://www.ichtj.waw.pl/>, dział „Zamówienia Publiczne”, zakładka „Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa jednego kompletu bioreaktora z wyposażeniem.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-)

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu

mgr inż. Roman Janusz