

ODPOWIEDZI Nr 1 NA PYTANIA i MODYFIKACJA Nr 1 TREŚCI SIWZ

Warszawa, dnia 28.11.2011 r.

Postępowanie Nr ZP/50/2011

Zamawiający:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa

ul. Dorodna 16

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat

Nr faksu: (+48) 22 811 19 17 – Sekretariat

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl, phere@ichtj.waw.pl

WYKONAWCY

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

na dostawę 1 kpl. spektrofotometru UV-VIS-NIR z przystawką termostatującą Peltiera oraz kula całkującą wraz z komputerem i dedykowanym oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym – (Postępowanie Nr ZP/50/2011).

Niniejszym Zamawiający informuje, że w dniach 23.11.2011 r. i 28.11.2011 r. wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) postępowania Nr ZP/50/2011. Pierwotny termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2011 r. o godz. 12:00. Zatem przedmiotowe zapytania wpłynęły później niż do końca dnia, w którym upływała połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Połowa terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 3 i ust. 1b ustawy Pzp, upłynęła w dniu 27.11.2011 r. Tym samym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie.

Zamawiający mając na uwadze oczekiwania Wykonawców udziela poniżej wyjaśnień na zadane pytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została umieszczona poniżej i zostanie przekazana Wykonawcom zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ i Załącznika Nr 1 do oferty - na dostawę spektrofotometru):

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z powtarzalnością pomiaru długości fali ± 0.08 nm? Przyrząd posiada dużo lepszą powtarzalność w zakresie NIR ± 0.32 nm niż wymagana.

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu z powtarzalnością pomiaru długości fali ± 0.08 nm. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje zapis w

Załączniku Nr 1 do SIWZ i Załączniku Nr 1 do oferty - na dostawę spektrofotometru (patrz punkt B).

Pytanie 2 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ i Załącznika Nr 1 do oferty - na dostawę spektrofotometru):

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z przystawką: termostatowany uchwyt na kuwety z termostatowaniem próby badanej, ale bez termostatowania próby odniesienia?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania spektrofotometru z przystawką termostatowany uchwyt na kuwety z termostatowaniem próby badanej, ale bez termostatowania próby odniesienia. Zapisy specyfikacji technicznej na dostawę spektrofotometru pozostają bez zmian.

Pytanie 3 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ i Załącznika Nr 1 do oferty - na dostawę spektrofotometru):

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z przystawką: termostatowany uchwyt na kuwety z termostatowaniem próby badanej z dokładnością temperatury w kuwecie $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie spektrofotometru z przystawką: termostatowany uchwyt na kuwety z termostatowaniem próby badanej z dokładnością temperatury w kuwecie $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ i Załączniku Nr 1 do oferty - na dostawę spektrofotometru (patrz punkt B).

Pytanie 4 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ i Załącznika Nr 1 do oferty - na dostawę spektrofotometru):

Czy Zamawiający dopuszcza niższy zakres spektralny 190-2700 nm?

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający nie dopuszcza do zaferowania spektrofotometru z niższym zakresem spektralnym 190-2700 nm. Zapisy specyfikacji technicznej na dostawę spektrofotometru pozostają bez zmian.

Pytanie 5 (dot. Rozdziału IV SIWZ - na dostawę spektrofotometru):

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania zamówienia „nie później niż do dnia 30.12.2011” na „nie później niż do dnia 31.03.2012”?

Wydłużenie terminu dostawy wiąże się z faktem, iż wyspecyfikowany aparat: „1 kpl. spektrofotometru UV-VIS-NIR z przystawką termostatującą Peltiera oraz kulą całkowającą wraz z komputerem i dedykowanym oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym” jest w rozumieniu producenta – firmy Jasco Corporation, którą reprezentujemy jednostką niestandardową (tzn. zawiera fabryczne rozszerzenie długości fali do 3200 nm (standardowa jednostka ma zakres falowy do 2700 nm) oraz akcesoria: przystawkę termostatującą Peltier i kulę całkowającą). Zestawu takiego nie mamy aktualnie na stanie.

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji dostawy spektrofotometru do 31.03.2012 r. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale IV SIWZ - na dostawę spektrofotometru (patrz punkt B).

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz w wyniku udzielonych powyżej odpowiedzi, modyfikuje następujące punkty SIWZ:

1. w Rozdziale IV SIWZ zmienia się treść ustępu z:

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 30.12.2011 r.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 31.03.2012 r.

2. w Rozdziale XII SIWZ zmienia się w ust. 9 treść następującego akapitu z:

Oferta na „dostawę 1 kpl. spektrofotometru UV-VIS-NIR z przystawką termostatującą Peltiera oraz kulą kalkującą wraz z komputerem i dedykowanym oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym” – nie otwierać przed dniem 01.12.2011 r., godz. 12:30.

na

Oferta na „dostawę 1 kpl. spektrofotometru UV-VIS-NIR z przystawką termostatującą Peltiera oraz kulą kalkującą wraz z komputerem i dedykowanym oprogramowaniem kontrolno-pomiarowym” – nie otwierać przed dniem 06.12.2011 r., godz. 12:30.

3. w Rozdziale XIII SIWZ zmienia się treść ust. 2 z:

Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2011 r. o godz. 12:00.

na

Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2011 r. o godz. 12:00.

oraz modyfikuje treść **Załącznika Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna”** i **Załącznika Nr 1 do oferty**:

Powyzsze zmiany zaznaczono na kolorowo w dokumentach pt. **„SIWZ_spektrofotometr - Modyfikacja nr 1 SIWZ”, „Załącznik Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” - Modyfikacja nr 1 SIWZ”** i **„Załącznik Nr 1 do oferty - Modyfikacja nr 1 SIWZ”**, które Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: <http://www.ichtj.waw.pl/>, dział „Zamówienia Publiczne”, zakładka „Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa spektrofotometru”.