



Załącznik Nr 3 do oferty

Modyfikacja nr 1

Postępowanie Nr ZP/20/2012

### Oferowany przedmiot zamówienia

Lp.	Opis <i>Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta<sup>*)</sup></i>	Il. szt.	Cena jedn. netto [zł]	Kwota netto [zł]	VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
I.	<b>Łaźnie wodne</b> w ukompletowaniu: <sup>*)</sup>	2					
1.							
2.							
II.	<b>Inne koszty</b> <sup>**)</sup>						
	<b>Razem wartość oferty</b> (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego)						

#### UWAGA

<sup>\*)</sup>Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie wypełnienie tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

<sup>\*\*)</sup>Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

#### Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

##### Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania Zamawiającego	Wypełnia Wykonawca
Łaźnie wodne będą wykorzystywane do podgrzewania i utrzymywania stałej temperatury buforów i pożywek stosowanych do hodowli komórkowych.	Opis Wykonawcy  Typ: Model: Nazwa producenta:  Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy:  (należy wymienić wszystkie wskazując źródła w



	ofercie)
--	----------

**Łaźnie wodne z wyposażeniem muszą spełniać następujące parametry techniczne:**

L.p.	Treść	Parametry	
		wymagane	Oferowane
1	<b>Łaźnie wodne – parametry wymagane</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pojemność wanny 22 l</li><li>2. Tłoczona wanna ze stali nierdzewnej</li><li>3. Obudowa<ol style="list-style-type: none"><li>a) obudowa zewnątrz pokryta powłoką antybakteryjną</li><li>b) wymiary wanny: szer. 500 x dł. 300 x wys. 150 [mm]</li><li>c) wymiary zewnątrz: szer. 538 x dł. 332 x wys. 290 [mm]</li><li>d) zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temp. otoczenia do +99°C</li><li>e) wyświetlacz LED z rozdzielczością 0,1°C</li><li>f) alarm przekroczenia zadanej temperatury</li><li><b>g) możliwość ustawienia czasu inkubacji w zakresie od 1 min. do 99 godzin i 90 minut + praca ciągła</b></li><li>h) zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody w wannie</li></ol></li><li>4. Panel sterowania<ol style="list-style-type: none"><li>a) wodoodporny panel sterowania</li><li>b) sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury</li><li>c) zabezpieczenie przed przegrzaniem</li><li>d) stabilność temperatury (w 45°C): ± 0,2°C</li></ol></li></ol>	<p>Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując <b>źródła w dokumentacji dołączonej do oferty</b> bez kopiowania informacji z rubryki obok</p>



		e) jednorodność: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ <b>5. Pobór mocy: maks. 1600 W</b> <b>6. Waga: nie więcej niż 15 kg</b> 7. Antypoślizgowe nóżki 8. Wyposażenie standardowe: perforowana półka ze stali nierdzewnej	
<b>2</b>	<b>Wyposażenie dodatkowe</b>	1. Zawór do spuszczenia wody z wanny 2. Przezroczysta pokrywa dwuspadowa z tworzywa dla łaźni o poj. 22 l, innowacyjna konstrukcja zabezpiecza przed dostawaniem się skroplin do prób	

### III. Inne wymagania:

Wymagania Zamawiającego	Wypełnia Wykonawca
<p>1. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczane <b>łaźnie wodne</b> min. 36-miesięcznej gwarancji liczonej od daty realizacji zamówienia. Oferowane <b>łaźnie wodne</b> muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane co najmniej w 2011 roku.</p> <p>2. Wykonawca zapewni na <b>terenie Polski</b> serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.</p> <p>3. Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi <b>łaźni wodnych</b> przez użytkownika.</p> <p>4. Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego jest na wezwanie Zamawiającego nie później niż do <b>15 października 2012 r.</b></p>	Oświadczam, że:

.....dnia.....2012 r.

.....  
Czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną  
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)  
do reprezentowania Wykonawcy