

Załącznik Nr 2a do Zapytania ofertowego „Formularz ofertowy”

Załącznik Nr 1 do oferty

Modyfikacja nr 1

Procedura wewnętrzna C05/009A

Nr referencyjny: ZP/11/ZO/2020

Oferowany przedmiot zamówienia

Lp.	Opis <i>Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta^{*)}</i>	Il. szt.	Cena jedn. netto [zł]	Kwota netto [zł]	VAT [%]	Wartość podatku VAT [zł]	Kwota brutto [zł]
I.	Zestaw wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem w ukompletowaniu: ^{*)}	1 kpl.					
1.		3					
2.							
3.							
II.	Inne koszty ^{**)}						
	Razem wartość oferty (wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego)						

UWAGA

^{*)}Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie wypełnienie tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

^{**)}Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty” należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania Zamawiającego	Wypełnia Wykonawca
Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 kpl. wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem pozwalającej na odwirowanie próbek o objętości 600 – 700 ml. realizowany w ramach projektu współfinansowanego: „Metoda higienizacji szlamów z oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem akceleratora elektronów”.	Opis Wykonawcy Typ: Model: Nazwa producenta: Oferowane urządzenie (system) spełnia następujące normy:

(należy wymienić wszystkie wskazując źródła w ofercie)

II. Dane i wymagania naukowe, techniczne, architektoniczne:

L.p.	Treść	Parametry	
		wymagane	oferowane
			Zamawiający wymaga aby Wykonawca w swoim opisie dotyczącym poszczególnych punktów Wymagań Zamawiającego podał rzeczywiste dane oferowanego przedmiotu zamówienia wskazując źródła w dokumentacji dołączonej do oferty bez kopiowania informacji z rubryki obok
1	W zakresie przedmiotu zamówienia wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wirówka powinna pozwalać na odwirowanie próbek o objętości 600 – 700 ml. z prędkością co najmniej 4 500 rpm. 2) Wirówka powinna być zdolna do wirowania próbek o objętości 1 – 2 ml. z prędkością nie mniejszą niż 15 000 rpm. 3) Do wirówki powinien być dołączony rotor pozwalający wirować próbki o objętości 600 – 700 ml. 4) Do wirówki powinien być dołączony rotor pozwalający na wirowanie próbek w probówkach 15 ml. 5) Do wirówki powinien być dołączony rotor pozwalający na wirowanie próbek w probówkach 50 ml 6) Do wirówki powinien być dołączony rotor pozwalający wirować próbki (mogą być małej objętości 1-2 ml) z prędkością nie mniejszą niż 15 000 rpm. 7) Do wirówki powinny być dołączone odpowiednie pojemniki mogące współpracować z rotorem do wirowania próbek o objętości 600 – 700 ml 	

2	Wymagania dodatkowe	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koszt dostawy pokrywa Wykonawca. 2) Wymagany termin realizacji zamówienia – 31.12.2020 r. 3) Wymaga się, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany) wyprodukowany co najmniej w 2020 roku i w oryginalnych opakowaniach. 4) Urządzenia elektryczne wchodzące w skład wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem muszą spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE. 5) Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną, instrukcje obsługi aparatury wraz z postępowaniem w przypadkach awarii aparatury, w języku polskim. 6) Wykonawca zapewni montaż poszczególnych elementów wraz z podłączeniem i uruchomieniem. 7) Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 	
---	----------------------------	---	--

III. Inne wymagania:

Wymagania Zamawiającego	Wypełnia Wykonawca
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymagania gwarancyjne Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, tj. wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem. Udzielenie gwarancji w dłuższym okresie czasu będzie podlegać ocenie. 2. Wymagania serwisowe Wykonawca zapewni na terenie Polski na podstawie oddzielnej umowy serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. Bezpłatny przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Naprawa/usunięcie usterek w określonym terminie: <ol style="list-style-type: none"> a) czas reakcji na zgłoszenie usterki do 2 dni (48 godzin); b) czas naprawy w terminie 21 dni roboczych, licząc od daty otrzymania protokołu 	

reklamacji na terenie RP, a w przypadku konieczności naprawy wadliwych części u ich producenta lub w przypadku konieczności zamówienia części u kooperatorów za granicą, termin usprawnienia nie może przekraczać 60 dni.

3. Wymagania naprawcze

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia i jego wyposażenia, a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury, jeżeli zajdzie taka konieczność, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty przesyłki i naprawy w fabryce producenta.

4. Wymagania transportowe

Urządzenie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrząsami, zapakowane w odpowiednie skrzynie. Transport musi się odbywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu urządzeń o dużych gabarytach. Przewóz do siedziby Zamawiającego musi być ubezpieczony od wszelkich poniesionych szkód w powstałych w czasie transportu. Dostawa i odbiór do napraw transportem sprzedającego.

5. Pozostałe wymagania

Wykonawca dostarczy: kompletną dokumentację techniczną z instrukcją obsługi aparatury w języku polskim.

Wykonawca zapewni montaż poszczególnych elementów wraz z podłączeniem i uruchomieniem.

Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

.....dnia.....2020 r.

.....
Czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy