Załącznik Nr 2 do oferty

Postępowanie Nr **ZP/55/2011**

Oferowany przedmiot zamówienia

Lp.	**Opis** *Nazwa asortymentu, typ, model, nr katalogowy, nazwa producenta*[*)]	**Il. szt. [kpl.]**	**Cena jedn. netto [zł]**	**Kwota netto [zł]**	**VAT [%}**	**Wartość podatku VAT [zł]**	**Kwota brutto [zł]**
1	**Reometr** w ukompletowaniu: [*)]	**1**					
n	**Inne koszty**[**)]						
	Razem wartość oferty *(wpisana do pkt 1 Formularza Ofertowego)*						

UWAGA

[*)]*Zamawiający wymaga aby w poszczególnych wierszach tabeli wymienić elementy ukompletowania zamawianego przedmiotu zamówienia pochodzące od producenta wyrobu i jednoznacznie identyfikowalne przez nazwę, model, typ, numer katalogowy oraz elementy dodatkowe zakupione od innych producentów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen. Nie wypełnienie tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.*

[**)]*Wykonawca wypełnia jeżeli występują inne koszty. Przez „Inne koszty" należy rozumieć koszty: np. transportu, ubezpieczenia, tłumaczenia dokumentów, przechowania, szkolenia, udzielonych gwarancji i rękojmi jeżeli nie są uwzględnione w cenach elementów składowych zamawianego przedmiotu zamówienia.*

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

L.p.	Treść	Parametry	
		wymagane	oferowane
1	**Reometr musi spełniać następujące parametry techniczne:**	1) geometrie pomiaru: a) cylindryczna b) stożek – płytka c) dwóch równoległych płytek, 2) zakres lepkości: od co najwyżej $1*10^{-3}$ Pa*s do co najmniej $1*10^{6}$ Pa*s; 3) zakres szybkości ścinania: od 0,2 do 15.000,00 s^{-1}; 4) kontrola temperatury w zakresie: od -20°C do +250°C +/-1°C; 5) dokładność pomiarów: 1% wartości maksymalnej. 6) zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz.	
2	**Reometr powinien:**	1) umożliwiać pomiar	

		następujących wielkości: lepkość dynamiczna, szybkość ścinania, prędkość obrotowa, moment obrotowy, temperatura, czas; 2) umożliwiać pomiar niewielkich ilości próbki (np. 2 ml); 3) pracować w następujących trybach pomiarowych: a) jednopunktowe wyznaczanie lepkości; b) pomiar rotacyjny z kontrolowaną poprzez komputer szybkością ścinania c) wyznaczanie krzywej płynięcia, wyznaczanie granicy plastyczności, rejestracja zmian lepkości w czasie, określenie własności tiksotropowych; d) test pełzania, test relaksacji, rejestracja zmian lepkości w zależności od temperatury. 4) umożliwiać pracę całkowicie kontrolowaną przy pomocy komputera; 5) umożliwiać łatwe nakładanie próbki na płytki i czyszczenie po pomiarze; 6) umożliwiać rozbudowę o niestandardowe układy pomiarowe; 7) posiadać oprogramowanie sterujące w języku polskim.	

III. Inne wymagania:

Wymagania Zamawiającego	Wypełnia Wykonawca
1. Reometr musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany co najmniej w 2011 roku. 2. Dostawa reometru, montaż oraz uruchomienie (dokonywane będzie w celu sprawdzenia wymaganych parametrów pracy urządzenia) oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 3 osoby) muszą być uwzględnione w cenie ofertowej. Przeszkolenie personelu Zamawiającego	Oświadczam, że:

zakończone zostanie wydaniem przez Wykonawcę stosownych potwierdzeń (świadectw lub certyfikatów) i stanowić będzie zakończenie całego okresu realizacji zamówienia. 3. Wymaga się, aby Wykonawca udzielił co najmniej 12-miesięcznej na przedmiot zamówienia. 4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. 5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urządzenia, jego wyposażenia i oprogramowania a także pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementów lub całej aparatury jeżeli zajdzie taka konieczność, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podróży i pobytu specjalistów w Polsce. 6. Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego jest na wezwanie Zamawiającego nie później niż do 30 czerwca 2012 r., chyba, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przedłuży się okres związany z remontem budynku w którym ma być zainstalowany piec do spopielania. 7. Oferta musi być czytelna, sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się możliwość składania opisów technicznych i folderów w języku angielskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 8. Wykonawca	

dostarczy: kompletną szczegółową dokumentację techniczną, instrukcje obsługi aparatury i oprogramowania wraz z postępowaniem w przypadkach awarii aparatury i oprogramowania w języku polskim. 9. W przypadku dostarczenia aparatury z wadami lub jej poszczególnych elementów z wadami, Wykonawca zobowiązany jest do usprawnienia wadliwego wyrobu w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokółu reklamacji" na terenie RP lub wymiany aparatury lub jej elementów na wolne od wad w terminie 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wadzie. 10. W przypadku naprawy gwarancyjnej termin gwarancji biegnie na nowo.	

.....dnia.....2011 r.

.....
Czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy