



ODPOWIEDZI Nr 1 NA PYTANIA i MODYFIKACJA Nr 1 TREŚCI SIWZ

Warszawa, dnia 10.04.2012 r.

Postępowanie Nr ZP/11/2012

Zamawiający:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

03-195 Warszawa

ul. Dorodna 16

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat

Nr faksu: (+48) 22 811 19 17 – Sekretariat

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl, j.herc@ichtj.waw.pl

WYKONAWCY

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Na dostawę

- 1) 1 kpl. zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem;
- 2) 1 kpl. wagi analitycznej;
- 3) 1 kpl. kolektora frakcji,

w ramach realizacji zadania nr 3 projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej” – (**Postępowanie Nr ZP/11/2012**).

Niniejszym Zamawiający informuje, że w dniu **04.04.2012 r.** i **05.04.2012 r.** wpłynęły **zapytania** do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) postępowania **Nr ZP/11/2012**.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie.

Zamawiający mając na uwadze oczekiwania Wykonawców udziela poniżej wyjaśnień na zadane pytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została umieszczona poniżej i zostanie przekazana Wykonawcom zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną o wymiarach wewnętrznych powierzchni myjącej 491 x 520 x 496 mm (L x D x H)?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmywarki o mniejszych wymiarach wewnętrznych



powierzchni myjącej. Zapisy specyfikacji technicznej na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem pozostają bez zmian.

Pytanie 2 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę):

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną z pompą główną zapewniającą prawidłową pracę urządzenia o wydajności 350l / min.?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zmywarkę laboratoryjną z pompą główną zapewniającą prawidłową pracę urządzenia o wydajności 350 l/min.

Pytanie 3 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną bez potrzeby stosowania wkładów na zlewki typu „jeź”?

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający dopuszcza zmywarkę laboratoryjną bez potrzeby stosowania wkładów na zlewki typu „jeź” pod warunkiem takiej samej skuteczności mycia.

Pytanie 4 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną bez separatorów do kosza?

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający dopuszcza zmywarkę laboratoryjną bez separatorów do kosza.

Pytanie 5 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w 2 kosze z siatki o H=93 mm?

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający dopuszcza zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w 2 kosze z siatki o H=93 mm

Pytanie 6 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w 4 kosze z siatki o H=163 mm?

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający dopuszcza zmywarkę laboratoryjną wyposażoną w 2 kosze z siatki o H=163 mm

Pytanie 7 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający wymaga 2 koszy do szkła o szerokich szybkach (Lp 2; Lp 9)?



Odpowiedź na Pytanie 7:

Zamawiający wymaga 2 koszy do szkła o szerokich szybkach. Zapisy specyfikacji technicznej na dostawę wagi pozostają bez zmian.

Pytanie 8 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie pompy do poboru wody destylowanej w zmywarce, pompą do wody destylowanej zamontowaną w systemie oczyszczania wody?

Odpowiedź na Pytanie 8:

Zamawiający dopuszcza zastąpienie pompy do poboru wody destylowanej w zmywarce, pompą do wody destylowanej zamontowaną w systemie oczyszczania wody.

Pytanie 9 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę bez zintegrowanej szuflady na pojemniki do środków myjących w płynie?

Odpowiedź na Pytanie 9:

Zamawiający dopuszcza zmywarkę bez zintegrowanej szuflady na pojemniki do środków myjących w płynie.

Pytanie 10 (dot. Załącznika Nr 1 do SIWZ - na dostawę zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem):

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę ze zintegrowaną szafką na pojemniki do środków myjących w płynie zamiast szuflady na te pojemniki?

Odpowiedź na Pytanie 10:

Zamawiający dopuszcza zmywarkę ze zintegrowaną szafką na pojemniki do środków myjących w płynie zamiast szuflady na te pojemniki.

B. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść **SIWZ i jego załączników**:

I. w Rozdziale XII SIWZ zmienia się treść ust. 9 z:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzywej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z napisem:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

Oferta na „dostawę

- 1) 1 kpl. zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem;**
- 2) 1 kpl. wagi analitycznej;**
- 3) 1 kpl. kolektora frakcji,**

w ramach realizacji zadania nr 3 projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny



nuklearnej” – nie otwierać przed dniem 12.04.2012 r., godz. 12:30.

Postępowanie Nr ZP/11/2012

Na kopercie należy dodatkowo podać dane adresowe Wykonawcy.

na

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzywej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z napisem:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

Oferta na „dostawę

- 1) 1 kpl. zmywarki laboratoryjnej z opcją suszenia i dezynfekcji wraz z wyposażeniem;
- 2) 1 kpl. wagi analitycznej;
- 3) 1 kpl. kolektora frakcji,

w ramach realizacji zadania nr 3 projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00 „Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej” – nie otwierać przed dniem 17.04.2012 r., godz. 12:30.

Postępowanie Nr ZP/11/2012

Na kopercie należy dodatkowo podać dane adresowe Wykonawcy.

2. w Rozdziale XIII SIWZ zmienia się treść ust. 2 z:

Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2012 r. o godz. 12:00.

na

Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2012 r. o godz. 12:00.

3. W Załączniku Nr 2 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załączniku Nr 2 do oferty w części II lp. 1 tabeli **Spektrometr masowy** w pkt 2 zmienia się treść pierwszego tiret z:

z pompą turbo i pompą wstępną;

na

z pompą turbo (co najwyżej podwójną) i pompą wstępną;

4. W Załączniku Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załączniku Nr 1 do oferty w części II lp. 1 tabeli **Zmywarka** wykreśla pkt 21
5. W Załączniku Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” i Załączniku Nr 1 do oferty w części II lp. 2 tabeli **Zmywarka** zmienia się treść pkt 4 z:

Wydajność system nie mniejsza niż 100 l/h

na

Wydajność systemu nie mniejsza niż 10 l/h

Powyższe zmiany zaznaczono na kolorowo w dokumencie pt. „Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia – Modyfikacja nr 1”, „Załącznik Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

techniczna” - Modyfikacja nr 1 SIWZ”, „Załącznik Nr 1 do oferty - Modyfikacja nr 1”, który Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: <http://www.ichtj.waw.pl/>, dział „Zamówienia Publiczne”, zakładka „Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – dostawa zmywarki laboratoryjnej, wagi analitycznej oraz kolektora frakcji”.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

KIEROWNIK
DZIAŁU EKSPLOATACYJNO-REMONTOWEGO


mgr inż. Wiesław Zieliński